

## Argon 5.0 kapalný v cisternách a kryogenních nádobách

Parametry
$\text{Ar} \geq 99,999 \%$
$\text{N}_2 \leq 5 \text{ vpm}$
$\text{O}_2 \leq 2 \text{ vpm}$
$\text{H}_2\text{O} \leq 3 \text{ ppm}$
$\text{C}_m\text{H}_n \leq 0,2 \text{ ppm}$
$\text{CO}_2 \leq 0,1 \text{ ppm}$

Za Messer Technogas s.r.o.: Ing. Juraj Šaling

referent řízení jakosti