

Helium 4.6 v tlakový lahvách a svazcích TL

Parametry
He \geq 99,996 %
N ₂ \leq 20 vpm
O ₂ \leq 5 vpm
H ₂ O \leq 5 ppm
C _m H _n \leq 1 ppm

Za Messer Technogas s.r.o.: Ing. Juraj Šaling

referent řízení jakosti